

Podanie FMT – MBiotix HBI przez kolonoskop

1. przed wprowadzeniem kolonoskopu należy zdjąć adapter do zestawu strzykawkowego lub go założyć, tak aby pasował do kanału roboczego kolonoskopu
2. Preparat należy podać ostrożnie przez kanał roboczy kolonoskopu, a następnie kanał przepłukać solą fizjologiczną
3. Zaleca się podanie pierwszej porcji, około 100 ml preparatu w okolicy krętniczokątnej oraz kolejnych porcji w tym samym miejscu lub po 50 ml w okolicy zagięcia wątrobowego a następnie śledzionowego okrężnicy

Podanie FMT – MBiotix HBI przez gastrokop

1. przed wprowadzeniem gastrokopu należy zdjąć adapter do zestawu strzykawkowego lub go założyć, tak aby pasował do kanału roboczego gastrokopu
2. preparat należy podać ostrożnie (zalecane w ciągu minimum 5 minut) przez kanał roboczy gastrokopu do jelita cienkiego (jak najgłębiej do jelita cienkiego), a jeśli to niemożliwe - do dwunastnicy, a następnie kanał przepłukać solą fizjologiczną
3. Zaleca się, żeby pacjent po zakończeniu podania FMT pozostał do 2h w pozycji siedzącej

Po podaniu FMT - preparatów MBiotix HBI/ MBiotix HBI Caps

1. Pacjent nie powinien pić ani jeść przez godzinę, dwie po przyjęciu preparatów
2. Następnie pacjent może powrócić do normalnej diety, zaleca się jednak w pierwszej dobie pozostawienie pacjenta na diecie lekkostrawnej
3. Zaleca się, żeby pacjent po zakończeniu podania FMT pozostał do 2h w pozycji siedzącej